

תאריך הדפסה: 09/05/13
תאריך אישור: 09/05/13 18:04

קאנדו-לידי ארי גולדפרב
האדמונים 4 א'
חזרה 38421

תעודת בדיקה SO13027035

אתר קליטה: מילודע

שם דוגם: ויקי ש.
שעת דיגום: 11:25
שעת הגעה: 18:30

תאריך דווח: 09/05/13
מספר דגימות: 1
תאור דוגמאות: מלון מרגוע ערד
תאריך קליטה: 18/04/13
תאריך דיגום: 18/04/13
תאור מצב דגימה: מקורר
חומר לבדיקה: שפכים

מספר דגימה: SO13027035/1			
אתר ביצוע	תוצאה	יחידה	בדיקה
	7.85		PH
	6.0	mg/L	TSS מוצקים מרחפים
	10	mg O2/L	COD כללי
	< 5	mg/L	BOD כללי
	6.0	mg/L	VSS מוצקים נדיפים
	86	mg/L	כלורידים
	0.30	mg/L	בורון
מיגל	ראה נספח	mg/L	דטרגנט אניוני
	< 10.00	mg/L	שומנים ושומנים
	50	mg/L	נתרן- AA

** סוף דווח תוצאות **

פרשנות לדגימות


דגימה: SO13027035/1			
דטרגנט אניוני			
הבדיקה בוצעה בקבלנות משנה ויש להתייחס לנספח בלבד.			
אבטחת איכות			
ביאורים	שיטת בדיקה	בדיקה	
17,2	SM 5210B	BOD כללי	
17,2	MERCK KIT SQ	COD כללי	
17,2	SM 4500 H+B	PH	
17,2	SM 2540D	TSS מוצקים מרחפים	
17	SM 2540E	VSS מוצקים נדיפים	
	MERCK KIT SQ	בורון	
	1.14697.0001 Merck Kit	דטרגנט אניוני	
1,2	Based on SM 4500 CL-D	כלורידים	
1	USEPA SW 846 Method 7000B	נתרן- AA	
1	SM5520 D	שומנים ושומנים	

ביאורים לבדיקות

1	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
17	בהסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-לאחר ביצוע מילודע בלבד(ההסמכה אינה לאתר מיגל)
2	בהכרת משרד הבריאות: אתרים מילודע ומיגל-מים, אתר מילודע- מזון וקוסמטיקה

הערות

א. המעבדה פועלת לפי נוהלי עבודה מסודרים, התואמים לתקנים בינלאומיים ISO/IEC 17025 בכל אותם תחומים להם הוסמכה, לפי המפורט לכל אתר במסמך היקף ההסמכה.
ב. הבדיקות המיקרוביאליות הן במסגרת ההכרה של משרד הבריאות כמפורסם ברשומות לכל אתר.
ג. התוצאות מתייחסות לדוגמא הנבדקת בלבד.
ד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
ה. הדיגום נעשה על ידי ובאחריות הלקוח, אלא אם מצוין אחרת.
ו. הרשות אינה אחראית לתוצאות בדיקה כלשהי שערכה המעבדה ואין בעצם הסמכתה אישור כלשהו של הרשות או גוף אחר למוצר הנבדק.
ז. התוצאה התקפה הינה בעלת תאריך דיוח העדכני ביותר.
ח. הפרשנות אינה תחת הסמכת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
ט. הבדיקות מבוצעות באתר הקליטה, אלא אם צוין אחרת.



גלית ולטשניץ Ph.D.
ראש המחלקה לאיכות הסביבה



נונה עליהו
מעבדה לאיכות הסביבה

העתק

תעודת בדיקה

מספר 61/160564

המצגדה הוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

פרטי לקוח

שם:	מעבדות מילודע אנד מיגל שותפות מוגבלת	(01)	201831
כתובת:	J.T אשרת		
עיר:	א.ת מילואות	מיקוד:	25201

פרטי הזמנה

קבלת הדוגמא במעבדה:	21/04/13	18:00	שם:
אסמכתא לקוח:	3		
תאריך אישור התעודה:	02/05/13		טלפון:
מס' טופס נטילה:	---		פלאפון:
נדגם ע"י לקוח	איסוף בקטוכם		פקס:

זיהוי הדגימה


זיהוי הדגימה						
תאור: #1 שפכים SO13027035/1						
איפיון : פלסטיק קטן						
טמפ': מקורר						
תאריך דיגום: 18/04/2013						
תנאי שמירת הדוגמא וההובלה: 0. קירור (מקורר)						
#	תאור בדיקה	יחידת מידה	תחום מותר	תוצאה	שיטה	הערות
300071	דטרגנטים אניונים	מ"ג/ליטר		3.8	SM 5540C	


הערות

שם המזמין/ה: רויטל,

- הבדיקות הנכללות בתעודה זו בוצעו בהתאם לדרישות ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
- התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
- יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.
- אבות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO/IEC 17025 (2005) ועקיבים לאבות מידה לאומיים או בינלאומיים.
- הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.
- מעבדת בקטוכם איננה מוסמכת לתת חוות דעת ו/או פרשנות לתוצאות הבדיקה המתקבלות.

- סוף תעודה -


בקטוכם בע"מ
ח.פ. 510724313
שרה גרוסמן
מנחתלת מעבדת כימיה-מים


מזי בוטרשווילי
מעבדה כימית
מחלקת שפכים
מעבדת בקטוכם בע"מ

שם וחותימה

שם וחותימה

מהדורה: 1

תאריך הנפקה: 02/05/2013

פקס: 08- 9300991, 08- 9401439

משרד ראשי: רח' החרש 18 נס ציונה 74031 טל': 08- 9308308

Head Office :Hacharach 18 St, Ness-Ziona 74031 Tel:08-9308308 Fax: 08-9401439, 08-9300991 www.bactochem.co.il